

高雄區農業改良場委託「引子合成」服務說明書

1. 工作天數:收到訂單後(如附件 1)需於 4 個工作天內交貨(含收件日)。
2. 合作廠商必須本身擁有引子合成機台和品質檢測機台，每條引子均需經嚴格的品質檢測（如 MASS 與 HPLC 分析），檢測合格後寄送，以確保品質。
3. 引子的交貨量至少 2.00.D.，單條引子長度小於 60 單體單元(mer)。
4. 預估全年執行引子合成約 20,000 單體單元，惟本場不保證一定達到此數量。
5. 合作依實驗需求提供基因序列之比對及排序等相關技術之諮詢。
6. 廠商需對基因序列結果負保密義務及不得對外發表結果。
7. 本採購案一經決標，契約即生效力，決標日即為契約生效日。若廠商交貨時效或品質無法達到本場要求累計達五次(含)以上，本場為爭取研究時效，得以無條件解約，並沒收履約保證金。