

行政院農業委員會高雄區農業改良場

「低耗能超低溫冷凍櫃」 財物採購規格書

一、採購標的及規格

採購標的名稱	數量	規格	履約期限
低耗能超低溫冷凍櫃	1 台	<ol style="list-style-type: none"> 1. 直立式。 2. 溫度設定範圍至少可達：-50°C ~ -80°C。 3. 有效容量大於 700 公升，可存放 2 英吋樣品盒 600 個以上，冷凍櫃內含可放置 400 個以上 2 英吋樣品盒的存放架，方便樣品拿取。 4. 可使用 110V 及 220V 交流電電源。 5. 具獨立外門，並有 3 個以上內門。 6. 外門把手可上鎖，可單手操作開關。 7. 連續開關門時有洩壓孔可供洩壓。 8. 具有加熱密封圈，減少內門及門縫結霜情形。 9. 機體具有滑輪及固定裝置，可調整水平。 10. 具有觸控式螢幕控制面板，且可設定高低溫警報。 11. 具有溫度警示、斷電警示、外門開啟警示等警報功能，電源中斷時可查詢櫃內實際溫度值。 12. 可記錄至少 14 天歷史監控紀錄。 	得標廠商應 <u>決標日次日起 60 個日曆天</u> 內將採購標的送達本場植保研究室指定地點，並完成安裝測試及教育訓練。

		13. 須使用天然或環保冷媒。 14. 冷凍櫃於空櫃且不開啟外門情況下，耗能小於 10 度/日(驗收時須提供相關證明文件)。	
--	--	---	--

二、備註：

- (一) 投標時檢附需求規範(採購規格書)所列履約標的型錄或說明書或證明文件(以中文為主)，不要直接將機關提供之採購規格書作為投標廠商規格文件(可附自行繕打之規格文件並加蓋投標廠商章及負責人章方式佐證)。
- (二) 需安排人力陪同辦理驗收程序，並自交貨驗收合格日次日起負責保固(全機保固 2 年)，並需檢附保固書。得標廠商在保固期間內，如非人為因素之損壞，應負責修護或零件更換，不含消耗品。
- (三) 得標廠商須免費派員至本場植保研究室指定地點(實施實際操作教育訓練(至少 1 小時))，並提供中文儀器操作手冊 2 份。
- (四) 得標廠商應提供 2018 年 8 月以後 出廠之全新品，並須檢附產地證明或出廠證明【該證明文件須含有製造商名稱(若為國內廠商須標示公司名稱及地址等資料並蓋公司大小章；若為國外廠商，須有原廠簽名)、製造日期(或出廠日期)、產地、履約標的之型號及序號等相關資訊】，若無法由該文件查得者，請檢附進口報單(須加蓋海關章戳)或其他證明資料供查驗)。
- (五) 外國廠商不可參與投標，但我國廠商所供應財物之原產地不限制，且允許供應大陸地區標的。
- (六) 確認所交貨之物品為經過整體系統設計、測試及運作之商品化產品，以確保使用之穩定性及安全性。
- (七) 相關文件資料如有假造，不予驗收，並依法追究相關責任。
- (八) 履約地點：高雄區農業改良場（地址：屏東縣長治鄉德和村德和路2-6號）。