

行政院農業委員會高雄區農業改良場

「自動檢樣轉盤組 1 套」

財物採購規格書

一、採購標的：自動檢樣轉盤組 1 套

二、需求內容：

採購標的名稱	數量	規格
自動檢樣轉盤組	1 台	<ol style="list-style-type: none">1. 具有 LCD 顯示螢幕(至少 1 個)及控制端子 RS-232C 可以由外部裝置來控制自動檢樣轉盤。2. 檢樣數：18 檢樣(含以上)；對應檢杯：100ml (含以上)檢杯*18 個。3. 具有磁石攪拌液態樣品的功能。4. 清洗時間：可設定 0~9999 秒。5. 終點檢出：終點針 1 個(含以上)、按鍵等至少 2 種(含以上)終止設定方式。6. 具有清洗槽，可使用純水清洗及氣壓沖流功能來清洗電極。7. 氣壓沖流次數：1~9 次(含以上，可設定)。8. 測試終了後，電極可自動歸位，並浸漬於保存槽內。9. 標準附屬品：<ol style="list-style-type: none">(1)檢盤（18 檢樣含以上）*至少 1 組、(2)電極保固器至少 1 個、(3)純水桶（10L，附液位開關）至少 1 個、(4)廢液桶（10L，附液位開關）至少 1 個、(5)終點針至少 1 個、(6)清洗水液管*至少 3 米、(7)廢液用管*至少 1.5 米、(8)轉盤連接纜線*1 條。

		10. 原產地：外國廠商不可參與投標，但我國廠商所供應財物之原產地得為美洲、日本、歐洲(未列明者，不允許)，惟不允許供應大陸地區標的。
資料處理器	1 台	1. 處理器：Intel Core i5 1.6 GHz(含以上)。 2. 記憶體：4GB on board (Max. 12G) (含以上)。 3. 硬碟：1TB 5400 轉+ 256GB SSD(含以上)。 4. 獨立顯卡： 2G 獨顯(含以上)。 5. LCD 尺寸：15.6" FHD (含以上)。 6. 無線網路：802.11、藍芽 4.1。 7. 產地：不限制。

二、備註：

- (一) 以上裝置須與本場現有水質計設備(TOA-DKK MM-43X)連接使用。投標前可至本場現場了解實際情形。
- (二) 需安排人力陪同辦理驗收程序，並自交貨驗收合格日負責保固 1 年，並需檢附保固書。得標廠商在保固期間內，如非人為因素之損壞，應負責修護或零件更換，不含消耗品。
- (三) 得標廠商須免費派員至本場土肥研究室指定地點(實施實際操作教育訓練(至少 2 小時)，並提供原廠操作說明書及中文說明書 3 份(2 份由使用單位收執、1 份核銷時使用)。
- (四) 得標廠商應提供 2019 年 6 月以後出廠之全新品，並須檢附產地證明或出廠證明【該證明文件須含有製造商名稱(若為國內廠商須標示公司名稱及地址等資料並蓋公司大小章；若為國外廠商，須有原廠簽名)、製造日期(或出廠日期)、產地、履約標的之型號及序號等相關資訊】，若無法由該文件查得者，請檢附進口報單(須加蓋海關章戳)或其他證明資料供查驗)。
- (五) 相關文件資料如有假造，不予驗收，並依法追究相關責任。
- (六) 履約地點：高雄區農業改良場(地址：屏東縣長治鄉德和村德和路2-6號)。
- (七) 履約期限：得標廠商應自決標日起60個日曆天以前將採購標的送達本場土肥研究室指定地點，並完成安裝測試(負責所需之電路〈包含一次電源、電線、電纜〉、搬運、安裝定位等之施做與安裝)至正常使用狀態。