

# 行政院農業委員會高雄區農業改良場

## 財物採購規格書

採購標的：加長型鍍鋅鋼排煙櫃

數量：1 台

規格如下：

### 一、主體：

1. 總主體之長 x 寬 x 高 = 300 x 80 x 240 ±5 cm
2. 設備為上、下座組合式，外殼以鍍鋅鋼板壓製，厚度 1.0mm(含以上)，表面粉體烤漆處理。

### 二、上櫃體：

1. 內襯板可耐酸鹼侵蝕，厚度 6.0mm(含以上)
2. 背板可安裝導流板，頂板設置照明燈具及排氣集風罩。
3. 上櫃面板：以鍍鋅鋼板壓製，表面經粉體烤漆防蝕處理，與左右兩側門柱結合固定。
4. 玻璃視窗：採用上下平衡滑動式，視窗可停止於任一位置定點。強化玻璃需厚 5mm(含以上)。
5. 視窗把手：採用鍍鋅鋼一體成型把手。
6. 軌道：需裝設可調整型滾動裝置，以減少視窗軌道因摩擦而產生之噪音。
7. 照明：具燈罩，以防止化學藥劑銹蝕。

### 三、下櫃體：

1. 外殼：以鍍鋅鋼板壓製而成，表面經粉體烤漆防蝕處理。
2. 把手：採用不鏽鋼 U 字型把手。
3. 鉸鍊：可自動關閉，且表面具防鏽處理。

### 四、操作檯面：

1. 檯面採用實驗室專用黑色醛樹酯積層抗蝕板，厚度為

13mm(±1mm)，耐腐蝕耐高溫，桌面前緣上端需經圓滑修飾，不得有銳角。

2. 檯面需具耐化性及耐物性（請提供證明資料）。

#### 五、電氣設備及馬達

1. 電源插座：採接地型 220V 20A 及 110V 15A 雙聯式插座。每組插座附過載指示裝置(一個迴路一組)，由一顆 LED 燈顯示 3 種不同顏色區分，並有蜂鳴聲警告。

2. 馬達：按鈕式 ON/OFF 開關 1 組

3. 電源來源由風扇配電盤提供，若電力不足，需與使用單位協調用電來源，且不得追加預算。

4. 風扇配電盤需增設小型電箱及無熔絲開關，以保護其電路安全。

5. 抽氣櫃之電源線配置需採用 PVC 管或 EMT 管，以維持美觀；且配置方式不得影響走道，並與使用單位協調安裝位置，**不得增加契約價金**。

#### 六、給水配件

1. 水槽：一體成形並耐酸鹼。

2. 水龍頭：黃銅合金，表面粉體烤漆。

3. 給水來源為走道旁水槽下方，其配置方式不得影響走道，並與使用單位協調安裝位置，**不得增加契約價金**。

#### 七、顆粒型活性炭過濾箱(可填充不同種類活性炭)

1. 本體規格:600(L)\*620(W)\*620(H)mm(±5mm)。

2. 過濾網濾材：顆粒型活性炭 1 道 2 片。

3. 過濾網更換形式-抽取式。

4. 支撐網：不銹鋼。

5. 濾材種類

(1) 酸性活性炭吸附劑，SO<sub>2</sub> 脫除率 75%以上(請提供證明書)。

(2) 揮發性活性炭吸附劑，VOC 去除率 99%以上(請提供證明書)

## 八、其他

1. 投標時應檢附需求規範所列設備之型錄、說明書或證明文件(以中文為主，但特殊技術或材料之圖文資料得使用英文)，**不得直接將機關提供之規格文件作為投標廠商規格文件**(如於型錄或說明書未有需求規範所列項目之規格內容，可附自行繕打之規格文件並加蓋投標廠商章及負責人章方式佐證，惟應於驗收時能證明之)，請以螢光筆標示符合規格處及標示項次，俾利審查。
2. 本案總價款：包含稅金、運輸(送至本場)、安裝、測試、教育訓練等費用。
3. 保固期限：需安排人力陪同辦理驗收程序，並**自交貨驗收合格日起負責保固一年**，需檢附保固書。得標廠商在保固期間內，如非人為因素之損壞，應負責修護或零件更換，不含消耗品。
4. **交貨期限：決標次日起 60 日曆天完成交貨，並完成安裝測試及教育訓練。**
5. 得標廠商須先進行安裝測試，並免費派員至裝設地點實施操作教育訓練至少 1 小時，且提供中文操作手冊 2 份。
6. 得標廠商於施作期間內需負責確保品質、安全，並於施作完畢後需負責現場之廢棄物清運及清潔工作。